

仕 様 書

- 1 事業名称 病院事業
- 2 件 名 韮崎市立病院 医療用システム乾燥器購入
- 3 目 的 既存機器の経年劣化による入れ替え
- 4 納入期限 令和 9 年 3 月31日
- 5 納入場所 韮崎市本町3丁目5番3号 韮崎市立病院 手術室
- 6 内 容 (積算の根拠)

積算価格 円(税込)

番号	品 名	数量	式	単 価	金 額
1	医療用システム乾燥器	1	台		
2	周辺備品	1	式		
小 計					
消 費 税					
合 計					

7 特記事項

- (1) 既存機器の廃棄は含むものとし、調達物品の備えるべき技術的要件は、別紙を参照すること。
- (2) 納入時の日程、作業計画、場所等は事前に担当者と打合せを行うこと。
- (3) 購入機器の搬入、搬送、納品、設置、工事等、使用可能となるまでの一切の費用は上記の経費に含むものとし、受注者の負担とする。
- (4) 無償保証期間は納入後から1年間とし、製造会社による保証とする。
- (5) 購入機器の配置場所は、担当者の指示に従うこと。
- (6) 搬入、搬出の際には、車両等の進入、備品の移動等施設内の安全を最優先し、事故の無いよう十分に配慮すること。
- (7) 取扱説明書を提示するとともに、使用方法等を納入先の担当職員等へ説明すること。
- (8) 納入の際に発生する不要な梱包材等は、受注者が責任を持って処分すること。
- (9) 作業中は、施設及び施設内の備品等への汚損・毀損に十分注意を払うこと。
- (10) 納入の際は、担当者に納品書または納品完了届等を提出し、検収を受けること。
- (11) 各種感染症拡大防止対策として納品前、納品中の対応については、担当者の指示に従うものとする。また、作業及び納品を行った従事者がコロナウイルス等の感染症に感染した場合は、速やかに担当者へ報告すること。

- 8 そ の 他 この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた場合は、担当と協議のうえ決定するものとする。

- 9 担 当 課 韮崎市立病院 事務局 総務担当
(韮崎市本町 3 丁目 5 番 3 号 / 電話 0551-22-1221)

(別紙) 調達物品の備えるべき技術的要件

- 1 システム乾燥器本体は以下の仕様を満たすこと
- 1-1 扉方式は片扉式であること
- 1-2 乾燥庫内容積は520L以上であること
- 1-3 外形寸法は幅 850 mm × 高さ 1,840 mm × 奥行 675mm以上であること
- 1-4 扉開閉時の最大奥行きは1000mm以上であること
- 1-5 乾燥庫内寸法は幅 640mm × 高さ 1,600mm × 奥行 600mm以上であること
- 1-6 乾燥方式は熱風循環乾燥であること
- 1-7 乾燥設定温度は45 ～ 90 °Cであること
- 1-8 乾燥設定温度は1 °C刻みで設定可能であること
- 1-9 タイマー設定時間は900分以上設定可能であること
- 1-10 タイマー設定時間は1 分刻みで設定可能であること
- 1-11 材質（庫内）はステンレスであること。
- 1-12 材質（窓部）は耐衝撃性に優れたポリカーボネートであること
- 1-13 メインフィルターはHEPAフィルターであること
- 1-14 プレフィルターは粗塵用フィルターであること
- 1-15 入札機器は、入札時点で製品化されており、カタログ記載があること。

- 2 周辺備品は以下の仕様を満たすこと
- 2-1 取り外し設置場所の付け替えが可能な棚板を7枚有すること
- 2-2 取り外し設置場所の付け替えが可能な一枚物の棚渡し板を4枚有すること